

Kirurgia

315/02.08.00/2025

29.04.2025

§ 81/2025

Koekäyttöpäätös, Holmium YAG laserlaite, Kirurgia (urologia) ajalle 12.5. - 12.6.2025

Valmistelijat

apulaisylilääkäri Sirkku Siltari
sirkku.siltari(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 6032

va. ylilääkäri Arto Salonen
arto.salonen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 2248

Esitetään Holmium YAG laserlaitteen koekäyttöä urologian leikkausyksikköön (pehmytosakirurgia) ajalle 12.5. – 12.6.2025.

Kohteen kaupallinen nimi: Cyber Ho Magneto 150 W

Kohteen kuvaus: Holmium YAG 150 W laserlaite kivenmurskaukseen ja pehmytosatoimenpiteisiin

Koekäytön peruste: nykyinen kivilaser on elinkaarensa päässä ja toimii enää murto-osalla siitä tehosta, mitä sille on alunperin luvattu. Koekäytämme ns. suurteho-Holmium-lasereita, jotka ovat nykyistä laitetta tehokkaampia kivenmurskauksessa (joka sallii suurempien kivien hoidon kertatoimenpiteinä), sekä soveltuvia endoskooppiseen pehmytosakirurgiaan (mm eturauhasen laserenukleeaatiot).

Kohteen tarkempi kuvaus: kyseessä on Holmium YAG 150 W laserlaite, jonka urologien on tarkoitus koekäyttää tulevaa hankintaa varten. Laite soveltuu sekä kivien murskaukseen että pehmytosatoimenpiteisiin, teho riittää myös eturauhasen enukleaatiohoitoihin. Toimittaja toimittaa laitteen veloitukselta ja sopii laitteen tarkastusmittauksista Istekki Oy:n kanssa. Toimittaja kouluttaa henkilökunnan laitteen käyttöön ja on itse mukana toimenpiteissä mahdollisimman paljon. Toimittaja hoitaa laitteen kuljetuksen pois koekäytön päätyttyä. Laitteeseen sopivat samat kuidut kuin nykyisin käytössä olevaan Litholaserlaitteeseen, joten koekäyttöön ei tarvitse tilata kulutustarvikkeita erikseen. Laite vaatii 1 vaihe, 32A pistorasian. Tämä löytyy valmiiksi asennettuna leikkaussalista

Valmistelijoiden päätösehdotus:

Kirurgia

315/02.08.00/2025

29.04.2025

Esitämme koekäyttöä yllä olevan asiaselosteen mukaisesti

Päätös

Päätän Holmium YAG laserlaitteen koekäytön Kirurgian toimintayksikön urologian yksikköön ajalle 12.5. - 12.6.2025.

Koekäytöstä ei aiheudu kustannuksia.

Päätöksen perustelu Toimintaa turvaava

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste PSHVA Hallintosääntö §93 (17.12.2024)

Otto-oikeus Yleisten palveluiden lautakunta

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 29.4.2025

Jukka Pulkkinen
palveluyksikköjohtaja, operatiivinen toimialue

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje yleispalveluiden Itk PSHVA

Jakelu Jukka Pulkkinen
Arto Salonen
Sirkku Siltari