

Sydänkeskus

310/02.08.00/2025

16.11.2025

§ 341/2025

**Koekäyttö: FiberTape® Sternal Closure System**

Valmistelija(t) vs. ylilääkäri Teemu Riekkinen, puh. 0447175527  
teemu.riekkinen@pshyvinvointialue.fi

Esitetään koekäyttöä Arthrex FiberTape sternumin sulkumateriaali ja -tekniikka.

Kohteen kaupallinen nimi: FiberTape® Sternal Closure System

Kohteen kuvaus: Sternumin sulkumateriaali ja -tekniikka

Koekäytön peruste: Vaihtoehtoisen sulkumateriaalin testaus. Osalla sydänleikkauspotilailla perinteinen sternumin sulkua rautalangoin on jossain määrin suboptimaalinen. Näitä potilaita ovat mm. vanhukset, joilla luumateriaali voi olla hyvin haurasta. Vaihtoehtoinen sulkua saattaa mahdollistaa sulkuun käytettävän voiman optimoinnin ja sulkumateriaali on tilanteeseen paremmin sopiva. 10 toimenpidettä. Implantteja menee 3–4 kappaletta leikkausta kohden. Sternum cerclage-implantit hinta 65 eur / kpl.

Valmistelijan päätösehdotus:  
Esitetään koekäyttöä yllä olevan mukaisesti.

Päätös Päätän, että otetaan koekäyttöön vaihtoehtoisen sulkumateriaalin testaus.

Päätöksen perustelu Toimintaa tukeva

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste Hallintosääntö §93

Otto-oikeus Yleisten palveluiden lautakunta

Sydänkeskus

310/02.08.00/2025

16.11.2025

Nähtävillä olo

Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 17.11.2025

Pekka Jäkälä  
palveluyksikköjohtaja, ydinyksiköt

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen  
asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje yleispalveluiden Itk PSHVA

Jakelu

Teemu Riekkinen