

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

20.05.2026

§ 173/2026

Rahoituspäätös laiteinvestoinnille, 20264015, Magneettikuvauslaitteen pääkela, kl. radiologian yksikkö 141310

Valmistelija(t)

sairaalafyysikko Mimmi Liukkonen,
mimmi.liukkonen@pshyvinvointialue.fi, 0447113918

erityisasiantuntija Timo Isoaho, timo.isoaho@pshyvinvointialue.fi,
0447113077

apulaislifyysikko Mervi Könönen,
mervi.kononen@pshyvinvointialue.fi, 0447113253

Kliinisen radiologian yksikön magneettikuvauslaitteen pääkela on rikkoontunut ja se täytyy vaihtaa, sisällä on isohkoja jännitteitä ja halkeaman kohdalta on eriste rikki. Hankinnan tiedossa oleva kustannus 18228,21 € ylittää investointikynnyksen 10 000,00 €. Investointisuunnitelma Effectorissa numerolla 20264015.

Laitehallintapalveluiden kanssa on keskusteltu laitteen hankinnasta ja laitehallintapalveluiden asiantuntija Timo Isoaho puoltaa laitteen viivytyksetöntä hankkimista. Hankinta on välttämätön.

Valmistelijan päätösehdotus:

Ehdotamme, että pääkelan korjaukseen myönnetään laitepankista rikkorahaa yhteensä 18228,21 €.

Päätös

Päätän, että pääkelan korjaukseen myönnetään laitepankista rikkorahaa yhteensä 18228,21 €.

Päätöksen perustelu

Pääkela on osa päivystyskuvauksia tekevää MRI-laitetta. Pään kuvaksiin tarvitaan ko. kela.

Ennakkovaikutusten arviointi

Pääkela on osa päivystyskuvauksia tekevää MRI-laitetta. Pään kuvaksiin tarvitaan ko. kela. Hetkellisesti voidaan lainata viereiseltä laitteelta vastaavaa kela, mutta ei pysyväksi järjestelyksi.

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

20.05.2026

Toimivallan peruste Hallintosäntö 51 §

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 20.5.2026.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtajaTämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen
asianhallintajärjestelmässä.Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA
RE: P-MRI1 pääkela (sn1132)Jakelu Mimmi Liukkonen
Timo Isoaho
Mervi Könönen