ICMT-palvelut ja kehittäminen 196/02.05.00.00/2026

03.11.2026

§ 353/2026

Rahoituspäätös laiteinvestoinnille, 202600042, Ultraääniendoskooppi, Endoskopiayksikkö 142003

Valmistelija(t) Ylilääkäri Miika Vuorinen
miika.vuorinen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447176726

Erityisasiantuntija Antti Räsänen
antti.rasanen1@pshyvinvointialue.fi, p. 0447186705

Endoskopiayksikön ultraääniendoskooppi GF-UCT180 Effector-numerolla 74653 on rikkoontunut. Laitteen korjauskustannusarvio on 17 722,21 €. Laite on lähes 11 vuotta vanha eikä sen korjaaminen tähän hintaan ole mielekästä. Vaihtolaitetarjouksena Olympus tarjoaa 5 vuotta vanhaa huomattavasti vähemmän käytettyä GF-UCT180 ultraääniendoskooppia. Laite on tarkastettu Olympuksen toimesta ja sisältää normaalin huoltotakuun. Hankinnan tiedossa oleva kustannus 20 000,00 € (alv 0 %) ylittää investointikynnyksen 10 000,00 €. Investointiesitys on Effectorissa numerolla 202600042.

Laitehallintapalveluiden kanssa on keskusteltu laitteen hankinnasta ja laitehallintapalveluiden asiantuntija puoltaa laitteen viivytyksetöntä hankkimista. Hankinta on välttämätön.

Valmistelijan päätösehdotus:
Esitämme, että ultraääniendoskooppin hankintaan myönnetään laitepankista rikkorahaa yhteensä 20 000.00 € investoinnille 202600042.

Päätös

Päätän, että ultraääniendoskooppin hankintaan myönnetään laitepankista rikkorahaa yhteensä 20 000,00 € investoinnille 202600042.

Päätöksen perustelu

Välttämätön korvaava laiteinvestointi rikkoutuneen tilalle.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei kuulu ennakkovaikutusten arvioinnin piiriin.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö §51
Otto-oikeus	Aluehallitus
Nähtävillä olo	Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 3.11.2026.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet	Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA
Jakelu	Miika Vuorinen Antti Räsänen